（様式３）

2021オ開実　第　57号　2葉中1葉

2021年12月　7日

完了報告書

会社名　nat株式会社

様

住所　105-6490
東京都港区虎ノ門虎ノ門ヒルズビジネスタワー15F

課題等	Scanat（nat株式会社開発アプリ）
詳細等	座標測定器およびレーザー干渉計を用いたScanatの精度検証

2021年 11月 12日 付けご依頼のありました上記オーダーメード型技術支援が完了したので報告いたします。

2021年 12月　7日

地方独立行政法人
東京都立産業技術研究センター理事長

（注）・完了報告書の記載内容は、利用者から依頼された支援内容に対し、都産技研が実施した内容の記載であり、支援に関わる成果等の全体の性能・効能等を保証するものではありません。
・課題等及び詳細等欄は、依頼者の申請に基づき記載したものです。
・完了報告書の内容を広告等その他に掲載しようとする場合は、あらかじめ地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターの承認を受けてください。

方法

1) He-He レーザ装置を用いて干渉システムを構築した。
2) 干渉システムを Scanat にてスキャンし、その長さを算出した。

結果

単位：mm

標準器指示値	指示誤差
5000.6	-19.6

備考

1) 校正に用いた標準器：長さ用 633 nm 実用波長安定化 He-Ne レーザ装置
製造番号：US45220396
JCSS 校正証明書番号：MSJ-18L0117
2) 校正年月日：2021 年 11 月 30 日
3) 指示誤差は、Scanat が算出した値から標準器が示す値を引いた値である。

以上